

# 自动洗胃机设备的功能要求

## 一、用途及适用人群：成人

1. 自动压力反馈控制系统
2. 强力换向防堵结构
3. 压力液量双安全保护
4. 进出胃液量平衡控制功能
5. 进出胃液路分离控制结构
6. 进出胃动态数字压力显示

## 二、无油膜式泵功能的技术指标及其他技术参数 ‘

1. 洗胃压力：47kpa - 55kpa
2. 出胃液量：≤450ml/次
3. 进胃液量：≤350ml/次
4. 液量平衡：≤250ml/次
5. 噪声：≤65dB(A)
6. 输入功率：≤80VA

三、软、硬件的配置要求一次性使用负压引流连接管其它要求：

1. 设备使用期≥10 年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于 6 个月。

2. 整机免费质保≥3 年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。

3. 验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。

4. 为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。

5. 设备数据涉及接入我院 HIS 网络的，验收时按我院要求能查询到 HIS 网络数据，产生的费用全部由中标方承担。

6. 在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训；

7. 产品零配件国内供应及时；设备主机保修 3 年；终身维护；

8. 维修响应时间：2 小时响应，48 小时未解决问题，提供备用机使用。

9. 预算控制价 4.7 万元