

采购项目技术规格、参数及要求

说明：

- 1. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足**按响应文件按无效处理的条款**。
- 2. 采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。
- 3. 供应商应根据自身实际情况如实响应磋商文件，对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料，技术支持资料以磋商文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。
- 4. 供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
- 5. 采购需求中标注“※”项的技术要求为重要技术参数。
- 6. **采购预算（元）：48500.00。**

项目名称	项参数说明
申购设备名称	除颤仪
用途及适用人群	成人、儿童
设备的功能要求	1. 显示屏≥7 英寸，高分辨率彩色 TFT 显示屏，可显示≥5 通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节 2. 提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障 3. 支持中文操作界面 4. 屏幕显示心电波形扫描时间最 32≥s 5. 除颤能量的最高能量达到 360J 6. 具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤（AED）功能，AED 功能适用于 29 天以上人群，AED 具备一键切换成人及儿童模式
功能的技术指标及其他技术参数	1. 开机到可进行除颤充电操作的时间≤2s，符合临床使用。 2. 除颤充电迅速，充电至 200J≤4s。 3. 除颤后心电基线恢复时间≤2. 5s。 4. 从开始 AED 分析到放电准备就绪≤10s。 5. 支持病人接触状态和阻抗值实时显示。

	6. 支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引。 7. 心电波形速度支持 50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。阻抗呼吸和呼吸末二氧化碳波形速度支持 25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。血氧饱和度波形速度支持 25 mm/s、12.5 mm/s。 8. 通过心电电极片可监测的心律失常分析种类不少于 27 种。 9. 支持 ST 和 QT 实时分析。 10. 阻抗呼吸率范围：0-200rpm。
软、硬件的配置要求	无
其它要求	1. 设备使用期≥6 年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于 6 个月。 2. 整机免费质保≥3 年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。 3. 验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4. 为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5. 设备数据涉及接入我院 HIS 网络的，验收时按我院要求能查询到 HIS 网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 6. 在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7. 产品零配件国内供应及时；设备主机保修 3 年；终身维护； 8. 维修响应时间：2 小时响应，48 小时未解决问题提供备用机使用。

▲二、商务要求	
合同签订时间	
付款条件（进度和方式）	（1）第一期：甲方与乙方签订采购合同后，乙方交货运抵甲方指定地点，安装完毕验收合格，乙方出具相关证件及发票后 30 个工作日内，甲方一次性支付合同价款的 95%；（2）第二期：验收合格正常使用期满一年，乙方提出申请后甲方 30 个工作日内支付剩余合同价款的 5%。
验收标准	参照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》（桂财采〔2015〕22 号）及现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 1、交货时间：<u>自签订合同之日起 30 天（日历天）内供应完毕并交付使用。</u> 地点：<u>北流市人民医院指定地点。</u>

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）